



LABORATORIO DE TERMOTECNIA
 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
 INDUSTRIAL (F2I2)

ORGANISMO CONTROL METROLÓGICO 16-OC-1002/02



CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B Número ° T/2019/2837	
Instrumento	Termómetro
Marca	Testo
Modelo	826 T4
En conformidad con	RD 244/2016
	Orden ITC 3701/2006
Nombre o marca del fabricante.	Teto Ag
Dirección	TESTO SE & Co KGaA TESTO- STRABE 1 D-79853 LENZKIRCH Germany
Emitido para	Instrumentos Testo S.A
Dirección	Zona Industrial c/B nº 2 08348 Cabrils (Barcelona)
Aptitud de uso:	Transporte (T) Almacenamiento (S)
Tipo de medio climático:	E
Aplicación Medida temperatura de:	Temperatura del aire y del producto
Clase	0.5 en el rango -30 °C a +30°C
Fecha de emisión del certificado	9 Septiembre de 2019
Validez hasta del Certificado	9 de Septiembre de 2029

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Instrumentos Testo SA. El termómetro marca Testo modelo 826 T4 cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.T.C 3701/2006. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto número 200909890060



Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
 Director del Laboratorio

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Organismo que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y al ítem analizado. El Organismo que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este documento.

