



FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

LABORATORIO DE TERMOTECNIA
Organismo de Control Metrológico
16-OC-1002-02



CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B
Número 2019LT0254_rev 4

Instrumento	Registrador de temperatura
Marca/ modelo centralita	Schmitz Cargobull CTU-PRO
Marca y modelo sondas disociables	TITEC Temperaturmesstechnik GmbH SOTF16278-003.1
Número de sondas máximo	6
Software relevante	V1.2
Clase de software	Nivel de validación software III. Configuración básica del instrumento: P1. Extensiones aplicables: L, S y D
Hardware:	D2.0
En conformidad con	RD 244/2016
	Orden ICT 155/2020
Nombre o marca del fabricante.	Schmitz Cargobull AG
Dirección	Wilhelm-Schickard-Straße 4 48149 Münster
Emitido para	Schmitz Cargobull Iberica
Dirección	Ctra. Alagón-La Almunia A-122 km. 0,1 P7 Figueroelas (Zaragoza) C.P. 50639
Aptitud de uso:	T (transporte)
Rango Medida temperatura:	de -30°C a +30°C
Clase	Clase I de -30 °C a -30 °C
Análisis software EN 12830-2018	Nivel de validación software III. Configuración básica del instrumento: P1. Extensiones aplicables: L, S y D
Validez hasta del Certificado	3 de febrero 2031

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Schmitz Cargobull Iberica. El registrador compuesto por la centralita Schmitz Cargobull CTU-PRO y las sondas digitales SOTF16278-003.1 cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T 155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto número anexo técnico 2019LT0254 rev4. El proceso de certificación concluye con la decisión de certificación por parte del director del Laboratorio en la fecha de su firma en el certificado digital

05606463Y Firmado digitalmente
por 05606463Y JOSE
JOSE MARIA MARTINEZ-VAL
MARTINEZ-VAL (R: G80455231)
(R: G80455231) Fecha: 2023.07.20
14:03:55 +02'00'

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
Director del Laboratorio

FIT E1-05 REV 7

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE24e00012699169

CSV

GEISER-3136-6254-caef-95d9-d71a-845e-2c42-5899

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

19/02/2024 09:01:52 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-3136-6254-caef-95d9-d71a-845e-2c42-5899