

CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B Nº T2020-1466-rev2	
Instrumento	Registrador de temperatura
Marca/ modelo	Thermoking / TouchLog Premium
Hardware versión	401453
Softwares aprobados	515.029 CRC 54038
	515.030 CRC 00428
	515.031 CRC 16080
En conformidad con	R.D 244/2016
	ORDEN ICT 155/ 2020.
Fabricante.	ELIWELL CONTROLS S.R.L.
Dirección	Via dell'industria , 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d'Alpago (Belluno) Italy
Solicitado por	Trane Technologies International Ltd
Dirección	Trane Technologies International Ltd Monivea Road, Mervue Galway, Ireland
Aptitud de uso:	Transporte(T) Almacenamiento(S)EN 12830
Clase EN12830_2018	0.5 de -25°C a +8°C 1 de -30 a -25°C y de +8 a +30°C
Nivel de validación software	III
Extensiones aplicables:	L y D
Validez hasta del Certificado	24 de Julio 2030

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Trane Technologies International Ltd El registrador cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo Módulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico número ° T2020-1466_rev2. El proceso de certificación concluye con la decisión de certificación por parte del director del Laboratorio en la fecha de su firma en el certificado digital

05606463Y JOSE
MARIA MARTINEZ-
VAL (R: G80455231)

Firmado digitalmente por
05606463Y JOSE MARIA
MARTINEZ-VAL (R: G80455231)
Fecha: 2023.06.06 11:40:27
+02'00'

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
Director del Laboratorio

El laboratorio de Termotecnia es un Organismo de Control Metrológico del Estado para las fase de comercialización y puesta en servicios designado por la Comunidad de Madrid como Organismo de Control Metrológico 16_OC_1002/2.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Organismo que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y al item analizado. El Organismo que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este documento.

"FIT E1-05 REV 7

