



FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

LABORATORIO DE TERMOTECNIA
Organismo de Control Metrológico
16-OC-1002-02



CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B 2020LT0181-rev3

Instrumento	NIDUS			
Marca/ modelo centralita	Nidus	Nidus-iT plus / Nidus-C plus		
Software relevante (SensLive) SaaS y OHS	SensLive CTcert	63CBC81E1DD8AAC1B446FC1CEA44E6B88AC34981		
Plataforma de la Nube	Amazon Web Service			
Marca y modelo sondas	Nidus	airO-Temp OW	TH3-Temp OW	SensLive
Número de sondas máximo	(64)	32	32	Sin límite
Software relevante (versiones)	v5.0.2	v2.8	V1	V5.2.x
Configuración básica	P1	P1	P1	P2 P3
Extensiones	L y T	L y T	T	L, T y S
Nivel de software	III	III	III	III
En conformidad con	RD 244/2016			
	Orden ICT 155/2020			
	EN 12830 (2018)			
Nombre o marca del fabricante.	CapTemp, Lda			
Dirección	Rua Dr. José António Varela Pinto, 1A Zona Industrial da Formiga 3100-513 Pombal Portugal			
Emitido para	CapTemp, Lda			
Aptitud de uso:	T y S			
Rango Medida temperatura:	De -30°C a +30°C			
Clase	0,5			
Validez hasta del Certificado	2 de Diciembre 2031			

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por CapTemp, Lda El registrador compuesto por las centralita marca Nidus-IT plus, Nidus C+, los sensores disociables "airO-Temp OW" y "TH3-Temp OW" con el software Senslive alojados en la plataforma gestionada por CapTemp, cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T 155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto con el número 2020LT0181rev3 El proceso de certificación concluye con la decisión de certificación por parte del director del Laboratorio en la fecha de su firma en el certificado digital

05606463Y Firmado digitalmente por
JOSE MARIA MARTINEZ-VAL (R: G80455231)
G80455231) Fecha: 2023.08.09 23:17:56 +02'00'
Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
Director del Laboratorio

FIT-E1-05_REV 6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE24e00012700241

CSV

GEISER-6850-7e13-efa3-818b-b406-d940-8609-b6c4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

19/02/2024 09:03:40 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-6850-7e13-efa3-818b-b406-d940-8609-b6c4