

FIRMADO

FIRMADO por : José Manuel Bernabé Sánchez, Director de Dirección / Presidencia (CEM). A fecha : 27/06/2016 09:04:36
El documento consta de un total de 2 folios. Folio 1 de 2 - Código Seguro de Verificación: 42125-32380196

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>160770001</p>	 <p>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p> <p>Organismo de control: 00- OC -1000</p>
---	---	---

1ª MODIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD N° 140688002

Expedido a:	INSTRUMENTOS TESTO, S.A. Zona Industrial, Cl. B nº 3 08348 Cabriels - Barcelona
De acuerdo con:	Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
Instrumento:	Sistema de gestión de la calidad de la fabricación, de inspección del producto acabado y de comprobación de termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada
Fabricante:	Testo AG
Marca/modelo:	Testo/103, 104; 105; 106; 110; 174 T; 735-I; 826-T3; 826-T4 y 926
N° Serie/Código CEM:	CEM0000017100
Especificaciones:	Declaración de conformidad con el modelo basada en la garantía de calidad del proceso de fabricación (módulo D)

Válido hasta: 18/03/2018

Este documento no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro Español de Metrología.