

FIRMADO

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>101706001</p>	 <p>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p>
--	---	---

CERTIFICADO DE EXAMEN DE MODELO

Type Examination Certificate

Fabricante: <i>Manufacturer</i>	Airtec Corporation Asia, Ltd.
Representante autorizado: <i>Authorized Representative</i>	AIRTEC CORPORATION (ASIA) PTE LTD - 67 Ubi Crescent 01-02 408560 - Singapore
De acuerdo con: <i>In accordance with</i>	ORDEN ITC/3700/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los manómetros dotados, total o parcialmente, de componentes electrónicos, provistos o no de dispositivos de predeterminación, destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor.
Marca/modelo: <i>Trademark/Type</i>	Airtec / 89XDE; 89XDD; 89FRD; 89BED y 89MFD
Instrumento: <i>Instrument</i>	Manómetro electrónico para neumáticos de los vehículos a motor.
N° de serie: <i>Serial Number</i>	---
Especificaciones: <i>Features</i>	Rango de presión (0 a 10) bar con posibilidad de configurar (0 a 5,5) bar. Entorno mecánico M2, entorno electromagnético E2. Rango de temperatura -10 °C a 40 °C. En el Anexo Técnico de este certificado se describen el resto de características y funcionalidad del manómetro.

Válido hasta: 24/05/2021
Validity up to

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.
The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.
Partial quotation of this document is not allowed without written permission.

www.cem.es

cem@cem.mityc.es
CEM-F-0087-00

Página 1 de 28
Page 1 of 28

C/ DEL ALFAR Nº 2
28760 TRES CANTOS MADRID
TEL: 91 807 47 00
FAX: 91 804 43 19

El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

ISO 14001

FIRMADO por : Ferrnando Ferrer Margalef, Director de Direccin / Presidencia (CEM). A fecha : 24/05/2011 16:08:34
El documento consta de un total de 28 folios. Folio 1 de 28 - Código Seguro de Verificacin: 6848-61259782