


FIRMADO

 <p>MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>161756001</p>	 <p>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p> <p>Organismo de control: 00-OC-1000</p>
---	---	---

1ª ADICIONAL AL EXAMEN DE MODELO N° 101940001

1st Addition to type Examination n° 101940001

Fabricante: <i>Manufacturer</i>	Alcohol Countermeasure Systems Corp 60 International Boulevard M9W6J2 Toronto – Ontario Canada.
Representante autorizado: <i>Authorized Representative</i>	GRUPO TECNOLOGÍA DEL TRÁFICO, S.L. - c/ Gomera, 12 2º D 28703 San Sebastián de los Reyes – Madrid España
De acuerdo con: <i>In accordance with</i>	La Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado (B.O.E. 07.12.06)
Marca/modelo: <i>Trademark/Type</i>	ACS / Saf'IR Evolution
Instrumento: <i>Instrument</i>	Etilómetro
N° de serie: <i>Serial Number</i>	CEM0000011731
Especificaciones: <i>Features</i>	El certificado de Examen de Modelo n° 101940001, viene a completarse mediante esta Adicional 1ª, con las modificaciones reflejadas en el Anexo

Válido hasta: 23/10/2021
Valid until:

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.
The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.
Partial quotation of this document is not allowed without written permission.

www.cem.es

comercial@cem.minetur.es
CEM-F-0087-01

Página 1 de 2
Page 1 of 2

C/ DEL ALFAR N° 2
28760 TRES CANTOS - MADRID
TEL/FAX : 918074700 / 918044319
CIF: S2817035E

El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

ISO 14001