



C/José Gutiérrez Abascal Nº 2  
Madrid 28006

LABORATORIO DE TERMOTECNIA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  
INDUSTRIAL (F2i2)

ORGANISMO CONTROL METROLOGICO 16-OC-1002/02



Nº 425/EI624

CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B <b>2020LT0179</b>	
Instrumento	Registrador de temperatura
Marca/ modelo	CLCIRCULAR /CL1TR
Software aprobado	Versión <b>1.5</b>
CRC	0x0e20
Validación de software EN1280-2018	Nivel III,
	Configuración básica P1
	Extensiones aplicables L
En conformidad con	R.D 244/2016
	ORDEN ICT 155/ 2020.
Fabricante.	ARCTIC SEA, S.L
Dirección	c/Camino de San Lorenzo Nº 10 Munguía Vizcaya 48100
Solicitado por	ARCTIC SEA, S.L
Aptitud de uso EN 12830_2018:	Transporte(T) Almacenamiento(S)
Clase	1 de -30°C a +30°C
Fecha de emisión del certificado	26 de Julio 2021
Validez hasta del Certificado	26 de Julio 2030

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por ARCTIC SEA, S.L El registrador cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo Módulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico número **º 2020LT0179**

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa  
Director del Laboratorio

El laboratorio de Termotecnia es un Organismo de Control Metrológico del Estado para las fase de comercialización y puesta en servicios designado por la Comunidad de Madrid como Organismo de Control Metrológico 16\_OC\_1002/02. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Organismo que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y al ítem analizado. El Organismo que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este documento.

