



C/José Gutiérrez Abascal Nº 2  
Madrid 28006

LABORATORIO DE TERMOTECNIA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  
INDUSTRIAL (F2i2)

ORGANISMO CONTROL METROLOGICO 16-OC-1002/02



Nº 425/EI624

<b>CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B Número 2020LT0183</b>	
Instrumento	Registrador de temperatura
Marca / modelo	Cojali/Jaltest / T-COLD
Hardware versión	800100073
Sonda Disociable	Cojali 80002023
Software registrador	T-COLD_V3.1
En conformidad con	EN-12830: 2018
	ICT 155/2020 & RD 244/2016
Fabricante.	Cojali S.L.
Dirección	Avenida de la Industria, s/n. 13610 Campo de Criptana (España)
Solicitado por	Cojali S.L.
Aptitud de uso:	T,S
Clase EN 12830 (2018)	0.5 en el rango de -30°C a +30°C
Nivel de verificación de software (EN12830: 2018)	III
Extensión software aplicables (EN12830: 2018)	L, T y D
Fecha de emisión del certificado	15/07/2021
Validez hasta del Certificado	15/07/2031

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Cojali S.L. El registrador y la sonda disociable cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo Módulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico número **2020LT0183**

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa  
Director del Laboratorio

El laboratorio de Termotecnia es un Organismo de Control Metrológico del Estado para las fase de comercialización y puesta en servicios designado por la Comunidad de Madrid como Organismo de Control Metrológico 16\_OC\_1002/2.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Organismo que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y al ítem analizado. El Organismo que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este documento.

