



LABORATORIO DE TERMOTECNIA
 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
 INDUSTRIAL (F2i2)

ORGANISMO CONTROL METROLOGICO 16-OC-1002/02



CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B 2020LT0182

Instrumento	Registrador de Temperatura con sondas disociables		
Marca/ modelo centralita	Eliwell Iberica / Memory NT		
Marca y modelo sondas	Eliwell Iberica /SNDFOC3000H		
Número de sondas máximo	8		
Software relevante	V1.0	CRC	fab5e70f
En conformidad con	RD 244/2016		Orden ICT 155/2020
	UNE EN 12830 (2019)		
Nombre o marca del fabricante.	Eliwell Iberica		
Dirección	Ronda Auguste y Louis Lumière, 26 CP: 46980 - Valencia		
Emitido para	Eliwell Iberica		
Aptitud de uso:	Almacenamiento (S)		
Condiciones nominales de funcionamiento:	-30 °C / 65 °C		
Condiciones límite de funcionamiento:	-30 °C / 70°C		
Condiciones de almacenamiento	-40 °C / 80 °C.		
Rango Medida temperatura:	De -30°C a +30°C		
Clase	0,5		
Nivel de software (UNE EN 12830 -2019)	III Configuración Básica P		
Extensiones	L & T		
Fecha de emisión del certificado	23/03/2021		
Validez hasta del Certificado	23/03/2031		

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Eliwell Iberica El registrador compuesto por la centralita marca Eliwell Iberica / Memory NT y sondas SNDFOC3000H cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T 155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto número anexo técnico número 2020LT0182

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
 Director del Laboratorio

FIT-E1-05_REV 6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

00002129e220000098

CSV

GEISER-d95c-33c4-0748-47f4-8b42-6b8e-bb65-3fe6

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/03/2022 12:22:35 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica

