



C/José Gutiérrez Abascal Nº 2  
Madrid 28006

LABORATORIO DE TERMOTECNIA  
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  
INDUSTRIAL (F2i2)

ORGANISMO CONTROL METROLOGICO 16-OC-1002/02



**CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B 2021LT0181**

Instrumento	NIDUS			
Marca/ modelo centralita	Nidus	Nidus-C plus		
Software relevante (SensLive) SaaS y OHS	SensLive CTcert	82D89785A21568FEF2DC25C859DFF8DB503D27		
Plataforma de la Nube	Amazon Web Service			
Marca y modelo sondas	Nidus	airO-Temp OW	TH3-Temp OW	SensLive
Número de sondas máximo	(64)	32	32	Sin límite
Software relevante (versiones)	v5.0.0	v2.7	v0	-
Configuración básica	P1	P1	P1	P2 P3
Extensiones	L y T	L y T	T	L, T y S
Nivel de software	III	III	III	III
En conformidad con	RD 244/2016			
	Orden ICT 155/2020			
	EN 12830 (2018)			
Nombre o marca del fabricante.	CapTemp, Lda			
Dirección	Rua Dr. José António Varela Pinto, 1A Zona Industrial da Formiga 3100-513 Pombal Portugal			
Emitido para	CapTemp, Lda			
Aptitud de uso:	T y S			
Rango Medida temperatura:	De -30°C a +30°C			
Clase	0,5			
Fecha de emisión del certificado	2 de Diciembre 2021			
Validez hasta del Certificado	2 de Diciembre 2031			

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por CapTemp, Lda El registrador compuesto por la centralita marca Nidus-C plus, los sensores disociables airO-Temp OW & TH3-Temp OW con el software Senslive alojados en la plataforma CapTemp, Lda cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo modulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T 155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico adjunto número anexo técnico número 2020LT0181

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa  
Director del Laboratorio

FIT-E1-05\_REV 5

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

00002129e220000098

CSV

GEISER-c91f-909a-bdb9-427a-b457-92f5-3b98-fe01

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/03/2022 12:22:35 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-c91f-909a-bdb9-427a-b457-92f5-3b98-fe01