

 <p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</p>	<p>CERTIFICADO N°</p> <p>220487001</p>	 <p>CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA</p> <p>Organismo de control 00-OC-1000</p>
--	---	--

CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO

Type Examination Certificate

<p>Fabricante: <i>Manufacturer</i></p>	<p>Maselli Misure, S.p.A Via Mercalli 8/A 43122 Parma (Italia)</p>
<p>Representante autorizado: <i>Authorized Representative</i></p>	<p>Barnigrado S.L. C/Colom 451-453 Nave C40 08223 Terrassa (Barcelona)</p>
<p>De acuerdo con: <i>In accordance with</i></p>	<p>Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. <i>Royal Decree 244/2016, dated 3 of June, which develops the Law 32/2014, dated 22 of December, on Metrology. Order ICT/155/2020, dated 7 of February, which regulates the metrological control of the State of certain measuring instruments.</i></p>
<p>Marca/Tipo: <i>Trademark/Type</i></p>	<p>Maselli Misure / SA00</p>
<p>Instrumento: <i>Instrument</i></p>	<p>Refractómetro <i>Refractometer</i></p>
<p>N° de serie: <i>Serial Number</i></p>	<p>CEM0000028017</p>
<p>Especificaciones del instrumento: <i>Instrument Specifications</i></p>	<p>Refractómetro automático (Tipo I) con las versiones comerciales SA01, SA02, SA03, SA11, SA12 y SA13. <i>Automatic refractometer (Type I) with commercial versions SA01, SA02, SA03, SA11, SA12 and SA13.</i> Escala y rangos de medida: (0 a 18) % vol de alcohol probable, calculado convencionalmente sobre la base de 16,83 g/l para un 1 % en volumen de alcohol probable y de (0 a 30) % en masa (°Brix). <i>Measured quantities and ranges: (0 to 18) % vol. of probable alcohol, conventionally calculated on the basis of 16.83 g/l for 1 % vol. of probable alcohol and (0 to 30) % mass (°Brix).</i></p>

Válido hasta: 02/08/2032
Valid until:

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.
The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa del Centro Español de Metrología.
Partial quotation of this document is not allowed without the express authorization of Centro Español de Metrología.

www.cem.es

comercial@cem.es
CEM-F-0087-03

Página 1 de 17
Page 1 of 17

C/ Alfar, 2
28760 Tres Cantos, Madrid
Teléfono: +34 91 807 47 00
CIF: S2817035E