



C/José Gutiérrez Abascal Nº 2
Madrid.d 28006

LABORATORIO DE TERMOTECNIA
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
INDUSTRIAL (F2i2)

ORGANISMO CONTROL METROLOGICO 16-OC-1002/02



Nº 425/EI624

| | |
|--|---|
| CERTIFICADO EXAMEN DE MODELO MÓDULO B Número T2020-1466 | |
| Instrumento | Registrador de temperatura |
| Marca/ modelo | Thermoking / TouchLog Premium |
| Hardware versión | 401453 |
| Software aprobados | 515.029 CRC 54038 |
| En conformidad con | R.D 244/2016 |
| | ORDEN ICT 155/ 2020. |
| Fabricante. | ELIWELL CONTROLS S.R.L. |
| Dirección | Via dell'industria , 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d'Alpago (Belluno) Italy |
| Solicitado por | Trane Technologies International Ltd |
| Dirección | Trane Technologies International Ltd Monivea RoadGalway, Irlanda Monivea Road, Mervue Galway, Ireland |
| Aptitud de uso: | Transporte(T) Almacenamiento(S)EN 12830 |
| Clase | 0.5 de -25°C a +8°C |
| | 1 de -30 a -25°C y de +8 a +30°C |
| Fecha de emisión del certificado | 24 de Julio 2020 |
| Validez hasta del Certificado | 24 de Julio 2030 |

Examinada la muestra y la documentación técnica presentada por Trane Technologies International Ltd El registrador cumple los requisitos establecidos para el examen de modelo Módulo B establecidas en el Real Decreto 244/2016 y la Orden I.C.T155/2020. Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales condiciones especiales figuran en el anexo técnico número **T2020-1466**

Fdo.: José María Martínez Val Peñalosa
Director del Laboratorio

El laboratorio de Termotecnia es un Organismo de Control Metrológico del Estado para las fase de comercialización y puesta en servicios designado por la Comunidad de Madrid como Organismo de Control Metrológico 16_OC_1002/2.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Organismo que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y al item analizado. El Organismo que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este documento.

Página 1 de 1

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

00002129e200000567

CSV

GEISER-13f7-b1c2-08ac-4b7b-a13d-2f18-4833-7090

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

02/10/2020 14:25:28 Horario peninsular

Validez del documento

Copia Electrónica Auténtica



GEISER-13f7-b1c2-08ac-4b7b-a13d-2f18-4833-7090